

AD Ab ELISA 480



EAN-Code: 8595635302565 Katalognummer: AD0480 Verpackungsgröße: 480 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Beschreibung:

- Mikrotiter-Wells sind mit gereinigtem und inaktiviertem Schweine-Herpesvirus Typ 1-Antigen beschichtet.
- Falls vorhanden, binden sich spezifische Antikörper an das Antigen. Der Komplex wird mit Konjugat markiert und durch eine Farbreaktion mit Substrat (TMB-Complete) nachgewiesen.
- Das Kit ermöglicht 5*96 Tests (einschließlich Kontrollen und Kalibratoren) in einer Mikrotiterplatte, die aus farbcodierten Streifen und abbrechbaren Vertiefungen besteht.
- Das Kit ist gemäß dem OIE International Reference Standard Serum (Community Reference Serum ADV1) standardisiert.

Vorteile:

- Gesamttestdauer: ca. 1 Std 30 Min.
- Hohe Sensitivität und Spezifität.
- Semiquantitative Auswertung anhand des Positivitätsindex (IP)
- Farbige Reagenzien f
 ür einfaches Pipettieren.
- Gebrauchsfertige, farbcodierte Komponenten.
- Einkomponenten-Substrat.
- Austauschbare Komponenten mit Ausnahme von Kit-spezifischen Komponenten (Kontrollen, Konjugat, Platte).
- ELISA ist empfindlicher als der Virusneutralisationstest (VNT) mit 100 TCID50.

Exportováno 24. 11. 2025 Stránka 1 / 2



- Getestet am Veterinärforschungsinstitut, Brünn, Tschechische Republik, und staatlichen Veterinärinstituten in der Tschechischen Republik.
- Zugelassen vom Institut f
 ür staatliche Kontrolle von Veterin
 ärbiologien und arzneimitteln, Tschechische Republik.

Anwendung:

- Screening auf das Auftreten der Aujeszky-Krankheit in Schweinebeständen.
- Diagnose der Infektion.
- Überprüfung der Impfwirkung.
- Kontrolle von transportierten und unter Quarantäne gestellten Tieren (Export, Import).
- Bestimmung von Antikörpern in Proben von importiertem Rohfleisch.

Assay-Schnellverfahren:

- 1. Proben verdünnen (1:20)
- 2. Kontrollen und verdünnte Proben pipettieren.
- 3. 30 Minuten bei 37 °C inkubieren.
- 4. Vertiefungen absaugen und 5 Mal waschen.
- 5. Konjugat hinzugeben.
- 6. 30 Minuten bei 37 °C inkubieren.
- 7. Vertiefungen absaugen und 5 Mal waschen.
- 8. Substrat hinzugeben (TMB-Complete).
- 9. 15 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren.
- 10. Stopplösung (H2SO4) hinzugeben.
- 11. Photometrisch bei 450 nm ablesen.
- 12. Ergebnisse auswerten.

Exportováno 24. 11. 2025 Stránka 2 / 2