

## recomCLIA Control Set HEV IgM



**Katalognummer:** 75003  
**Lagerung:** 2-8 °C  
**Hersteller:** MIKROGEN GMBH

- Das Kit ist zur Verwendung zusammen mit CLIA-Kits auf dem KleeYa®-Analysator vorgesehen.
- Das Kit enthält positive und negative Kontrollseren, die zur Überprüfung der Funktionalität von CLIA-Tests und zur Genauigkeit der erzielten Ergebnisse dienen.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf [die BiovendorGroup CLIA-Webseite](#).